

# 甘谷县新兴镇中心卫生院渭阳分院购置除颤仪等医疗设备采购项目询价公告书



根据《甘肃省人民政府办公厅转发省发展和改革委员会省公共资源交易局关于进一步加强和规范市县公共资源交易工作意见的通知》（甘政办发〔2018〕6号）、《政府集中采购目录和采购限额标准》等文件要求，现对“甘谷县新兴镇中心卫生院渭阳分院购置除颤仪等医疗设备采购项目”以邀请方式进行采购，确定邀请合格的投标人参与本项目投标。现将以下事宜公告如下：

一、项目编号：GGWSYWYFY2025-001

二、项目内容：

| 产品名称（具体参数详见附件） | 单位 | 数量 | 备注               |
|----------------|----|----|------------------|
| 两位感应洗手池        | 套  | 1  | 供货周期：合同签订后 15 日内 |
| 冲洗车            | 台  | 1  |                  |
| 医用治疗处置台        | 台  | 1  |                  |
| 半自动体外除颤仪（带机箱）  | 台  | 1  |                  |
| 半自动体外除颤仪（不带机箱） | 台  | 1  |                  |
| 心电监护仪          | 台  | 1  |                  |
| 干式荧光免疫分析仪      | 台  | 1  |                  |
| 十二导联心电图机       | 台  | 1  |                  |
| 手术辅助照明灯        | 台  | 1  |                  |

三、预算控制价：¥17.79 万元（大写人民币贰拾柒万柒仟玖



佰元整)

#### 四、评标办法：最低价中标法

#### 五、投标人资格要求：

1、须具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，该项目在其经营范围之内；

2、法人授权书原件、法人身份证、被授权人身份证；

3、开户许可证或基本存款账户信息单；

4、须具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

5、供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2024年2月至今任意一月），如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

6、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、供应商须为未被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）信用服务中“失信被执行人查询”及“重大税收违法案件查询”及“政府采购严重违法失信名单”查询名单；不处于中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间方可参加本项目的投标。（自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站[[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)]、中国政府采购网[[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)]查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。



## 六、报名方式及要求：

请投标人请登陆天水市公共资源交易中心网-政府采购限额以下项目阳光交易系统（天水市）(<http://115.28.253.155:8083/a/login>)进行网上报名并上传资质，投标人自行下载采购文件。投标人须于2025年2月11日16时30分至2025年2月13日10时将相关资质和投标相关资料加盖公章后扫描上传至该平台。待资质审核通过后进行网上报价。请投标单位随时关注关于本项目相关变更及通知，否则由变更引起的相关责任自负。

## 七、上传资质证明文件及竞价截止时间：

请供应商于2024年2月13日10时至2024年2月14日10时，登录天水市公共资源交易中心网站阳光交易平台(<http://115.28.253.155/f/index>)自行报价。

上传资质证明文件截止时间：2025年2月13日10时。

竞价截止时间：2025年2月13日10时。

注：供应商的报价中必须包含完成本项目的所有费用。

## 八、联系人姓名及电话：

采购人：甘谷县新兴镇中心卫生院渭阳分院

地址：甘谷县新兴镇十甲村

联系人：王成彦

联系电话：0938-5911333

附件：技术参数技术和商务要求



附件

## 技术参数技术和商务要求

### 两位感应洗手池

1. 医务人员洗手专用设备，以人体工程学设计，国际标准，人体感应鹅颈型水龙头，无需人员触摸，保证清洁。
2. 2 人高背: 国标 304 不锈钢材质，标厚。
3. 尺寸长 1200 宽 600 前高 820 后高 900 总高 1800mm
4. 控制模式: 感应出水/脚踏出水/膝控可以选择。

### 冲洗车

1. 560\*410\*800mm
2. 槽深度是 (mm): 200, 槽壁的厚度是 (mm): 1.0
3. 盖子的长宽厚 (mm): 560\*410\*25.
4. 采用优质 201#不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。焊接牢固，表面光滑，易擦洗、不生锈; 焊缝应均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，各焊接部位打磨平整，抛光均匀。
5. 采用 3 寸万向轮 4 只，高耐磨，无噪音，稳定性好，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。

### 医用治疗处置台

柜体是加厚冷轧钢板，生产经过酸洗，淋化，防锈处理，外表喷



涂环保树脂塑粉，台面是 304 食品级不锈钢，台面整体厚度为 2 公分，前圆滑弧度设计，下柜为对开门，配置一块可调节高低活动层板，抽屉配置三抽静音全展滑轨，抽屉和柜门带锁，每把锁标配两把钥匙。

2. 规格 170cm\*40cm\*180cm

## 十二导心电图机

1. 10.4 英寸 1024\*768 点彩色 LED 触摸屏，物理全键盘及触控软件键盘设计，方便不同习惯的医生快速操作。

2. 显示信息：同屏显示 12 道心电图波形。

3. 显示内容包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等  
抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能。

4. 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能。

5. 支持心脏起搏信号检测。

6. 支持预采集、实时采集、触发采集、周期采集等多种采集方式。

除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。

7. 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能，并具有防缠绕设计。

8. 中英文输入及操作提示，中文输入支持手写和拼音输入法多轴联动热敏打印机技术 multi-axisTP®，可确保在任何环境（运动中的救护车、不平整的野外场地）都能平滑清晰地记录每一份心电图报告。



9. 屏幕倾斜 7-10 度，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。
10. 安全规格：ECG，TEMP，SpO<sub>2</sub>，NIBP，CO<sub>2</sub> 监测参数抗电击程度为防除颤 CF 型。

#### 半自动体外除颤仪（带机箱）

1. 主机使用寿命不少于 10 年，设备整机重量不超过 2.5Kg（含电池），机身具有便携把手。
2. 主机使用按键开机，开机按钮按下后，同时播放语音提示，支持成人以及儿童两种除颤模式。
3. 可一键切换支持 GPS 及北斗定位系统，方便设备管理。
4. 具有独立屏幕显示自检状态结果，有明确符号提示。
5. AED 设备支持抢救现场录音，记录的抢救现场录音数据可远程传输至平台，无需从设备端导出。
6. 具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受至少 1.5m 跌落冲击。
7. 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别 IP55，常规工作温度范围 0℃ ~ 50℃。

#### 半自动体外除颤仪（不带机箱）

1. 主机使用寿命不少于 10 年，设备整机重量不超过 2.5Kg（含电池），机身具有便携把手。
2. 主机使用按键开机，开机按钮按下后，同时播放语音提示，支持成人以及儿童两种除颤模式。
3. 可一键切换支持 GPS 及北斗定位系统，方便设备管理。



4. 具有独立屏幕显示自检状态结果，有明确符号提示。
5. AED 设备支持抢救现场录音，记录的抢救现场录音数据可远程传输至平台，无需从设备端导出。
6. 具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受至少 1.5m 跌落冲击。
7. 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别 IP55，常规工作温度范围  $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 。

### 心电监护仪

1. 模块化监护仪，主机集成内置 2 槽位插件槽，可支持参数模块的即插即用快速扩展临床应用。
2. 英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达 1920 像素\*1080 像素，9 通道波形显示。
3. 屏幕具备 175 度宽视角设计技术。
4. 提供双通道体温和温差参数的监测，并可根据需要更改体温通道标名。
5. 提供 24 小时血压动态分析功能
6. 每条报警事件至少能够存储 16 秒所有相关参数波形，以及报警触发时所有测量参数值
7. 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求
8. 内置锂电池，插槽式设计，锂电池支持监护仪工作时间  $\geq 4$  小时。



9. 屏幕倾斜 7-10 度，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。
10. 安全规格：ECG，TEMP，SpO2，NIBP，CO2 监测参数抗电击程度为防除颤 CF 型。
11. 心电支持 3 导、5 导及 12 导 ECG 导联线作为 ECG 输入来源，支持导联模式自动识别，支持导联脱落智能检测。
12. 心电监护支持心率连续实时测量和对应报警功能。提供双通道体温和温差参数的监测，并可根据需要更改体温通道标名。
14. 提供 24 小时血压动态分析功能。
15. 提供手动、自动、连续、序列、整点 5 种测量模式，满足临床应用。无创血压成人测量范围：收缩压 30-260mmHg，舒张压 10-220mmHg，平均压 20-235mmHg。

### 干式荧光免疫分析仪

1. 测定原理：荧光分光光度法
2. 数据库容量：5000 个检测结果
3. 功能选项：
  - 3.1 开机自检，识别并报告错误。
  - 3.2 对不同的检测项目有不同的测量单位可供用户选择。
  - 3.3 具有标准测试模式和快速测试模式可供用户选择。
4. 用户锁：具备用户锁功能，可分管理员账户和普通账户管理
5. 二维码：采用二维码校准及识别项目
6. 屏幕：7 寸彩色液晶触摸屏



7. 打印：支持测试结果打印；内置热敏打印机，可接外置打印机（选配）

测试波长：365nm

8. 数据传输：支持 USB-B、以太网和无线传输（WLAN）

9. 条码扫描仪：通过 RS-232C 接口与条码扫描仪配套使用

10. 操作语言：中文、英文

11. 重量：≤1.6kg（不含电源适配器和打印纸）

12. 体积：215mm\*254mm\*109mm

### 手术辅助照明灯

1. 八孔 LED 手术灯

2. 灯头 98° 旋转

3. 升降伸缩杆

4. 脚踏开关

5. 可无极调光

